

Wie zijn we?

De vereniging voor mensen die slechthorend of doof geworden zijn, voor mensen met een aangeboren gehoorprobleem en voor hun partners en familie. We communiceren met gesproken taal, spraakafzien (liplezen) en met hulpmiddelen zoals hoorapparaten en cochleaire implantaten (CI).

Wat willen we?

Inclusie in de "horende" samenleving.

Wat doen we?

Onze naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid sensibiliseren voor deze "onzichtbare" beperking.

Hoe?

- Informatieavonden rond recente ontwikkelingen i.v.m. gehoorstoornissen, hoorapparaten, hulpmiddelen, medische behandelingen, financiële tegemoetkomingen,...
- Gespreksavonden met lotgenoten en professionals
- Ontspanningsactiviteiten
- Sensibilisering

Contacteer ons

AHOSA vzw
Keizervest 17
9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0450208375
RPR - Gent (afdeling Gent)



t 0489 14 43 00 of 0489 14 43 12
info@ahosa.be
www.ahosa.be

Steun Ons

Giften fiscaal aftrekbaar vanaf € 40

Lid worden kan door storting van:
€ 20 (persoonlijk abonnement)
€ 25 (gezinsabonnement)
€ 35 (organisaties)
vanaf € 35 (erelid)

Op rekeningnummer
IBAN BE26 4400 34644129

Niet-leden kunnen vrijblijvend een activiteit bijwonen.

Altijd propere oorstukjes



V.U. Gina Welleman, Hagewijkpark 70, 9200 Grembergen



AHOSA vzw
Anders HOren Samen Aanpakken

Hoortoestellen dragen is ook hoortoestellen onderhouden. Het reinigen van het oorstukje is daar een belangrijk facet van. Al snel merk je dat het oorstukje bevuild wordt met oorsmeer.

Productie van oorsmeer is de normaalste zaak van de wereld en het oor heeft dit oorsmeer ook nodig. Het gebruik van wattenstaafjes is zeker niet aan te raden. Het oorsmeer wordt dan immers dieper het oor ingeduwd, met als mogelijk resultaat een oorsmeerprop. Bovendien zal het oor steeds meer smeer produceren. Wanneer men de oren té veel gaat 'reinigen', kan er zelfs gehoorganceeem ontstaan. Oorsmeer komt normaal vanzelf naar buiten in de gehoorgang. Een washandje volstaat om het te verwijderen. Soms valt het zelfs spontaan als een korstje uit het oor. Draag je een hoortoestel, dan kan het oorsmeer makkelijk weg omdat het oorstukje dit verhindert. Het vuil wordt daar dan tegengehouden. Daarom ga je best minstens één maal per jaar op consultatie bij de NKO-arts. Deze controleert of er zich geen oorsmeerprop heeft ontwikkeld en zal ze zo nodig verwijderen, met behulp van een haakje, een soort stofzuigertje of een tangetje. Dit niet alleen om hygiënische redenen, maar ook omdat een prop het horen negatief kan beïnvloeden.

Hoe de verwijdering gebeurt, bepaalt de arts op basis van de smeersamenstelling, die hij microscopisch vaststelt. Zelden zal de oor-

Zelfs wanneer er geen trommelvliesperforatie aanwezig is, kan er zich door de waterspoeling een gehoorgangontsteking ontwikkelen. Oren houdt men dus best droog. Daarom spuit je best onder de douche ook geen water in het oor.

Reinigen door middel van tabletjes

De audioloog zal je adviseren de oorstukjes regelmatig te reinigen met bruistabletjes op basis van actieve zuurstof. Vaatwasmiddel, shampoo, producten voor het reinigen van kunstgebitten of een zoutoplossing worden absoluut afgeraden, omdat ze infecties van de huid van de gehoorgang kunnen veroorzaken.

Het oorstukje wordt aan het toonbochtje van het hoortoestel losgemaakt en in een potje met water en een zuurstoftablet gelegd, waar het een tijdje kan liggen weken. Nadien moet het stukje goed afgespoeld worden onder de waterkraan en afgedroogd met een zachte doek.

Met een rubberpeertje kunnen de overgebleven druppeltjes gemakkelijk weggeblazen worden. Heb je twijfels omtrent de reinigingsprocedure, vraag er dan uitleg over aan je audioloog. Soms is het reinigen op die manier ook niet mogelijk, omdat het plastic slangetje niet altijd van het oorstukje kan worden losgemaakt door verharding onder invloed van het UV-licht of door bv. sigarettenrook enz. Het plastic buisje moet dan vervangen worden. Dat kan je zelf doen ofwel laat je het vervangen in je gehoorcentrum.

We raden aan het slangetje tijdig te (laten) vervangen, omdat het anders zou kunnen afbreken. Het

Reinigen door ultrasoon toestel

Een ultrasoon toestel staat garant voor een uiterst grondige reinigingsbeurt.

Het oorstukje wordt in een vloeistof gelegd. Het bakje vloeistof met het bevuilde oorstukje erin wordt in trilling gebracht op 35/45 kHz. In de vloeistof ontstaan dan vacuïmbelletjes, die imploderen en zo de verontreiniging losmaken.

Als vloeistof voor dit soort reiniging zal men meestal water gebruiken, met of zonder reinigingstablet. Wil men het oorstukje echt ontsmetten, dan maakt men een oplossing van water met HAC / DETTOL / NEO SABENYL of een soortgelijk product (apotheek). Na het reinigen zal men het oorstukje altijd grondig naspoelen onder de waterkraan.

Het gebruik van hogervermelde ontsmettingsproducten is zeker aangewezen bij open trommelvlies of in het geval van ontstekingen van de gehoorgang/ oorschelp. Raadpleeg echter altijd eerst een NKO-arts.

Reiniging door een ultrasoon toestel gaat snel en bereikt zelfs de moeilijkst bereikbare plaatsen van de hoorstukjes. Ook bestaat er geen enkel risico op beschadiging. Een ultrasoon reinigingstoestelletje voor individueel gebruik kost ± €180.

Herman Ketels